



# ERNST HINRICHS Dental



# ERNST HINRICHS Dental



## HinriPress®

### Gebrauchsanweisung

HinriPress® ist der Allrounder unter den Prothesenkunststoffen und wurde speziell für Zahntechniker entwickelt, die alle Anwendungen mit nur einem Kunststoff abdecken wollen.

#### Technische Daten:

Mischungsverhältnis Pulver/Flüssigkeit:	10 : 7
Anquellphase ca.	30 s*
Gießphase ca.	3 min*
Plastisch-modellierfähige Phase	3 min*
Polymerisieren unter Druck bei 45-50 °C ca.	7 min*

\*Die Zeitangaben beziehen sich auf eine Material- und Raumtemperatur von 23 °C. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern diese Zeiten.

\*\* Die Angabe der 7 min bezieht sich auf eine vorangehende Arbeitszeit von bis 8 min. Die Zeit im Druckgefäß sollte bis zur 15 Minute nach dem Mischen andauern.

#### Indikationen:

- Komplettierung von Modellgussprothesen
- Totale Ober- und Unterkieferprothesen im Gießverfahren
- partielle oder totale Unterfütterung (indirekte Anwendung)
- Ergänzungen und Reparaturen

**Gegenanzeigen / Kontraindikationen:** Patientenkontakt mit dem unpolymerisierten Kunststoff oder deren Einzelkomponenten ist kontraindiziert. Bei erwiesener Allergie gegen einen oder mehrere Bestandteile des Produktes ist von einer Verwendung abzusehen.

**Material / Zweckbestimmung:** Prothesenbasiskunststoff, Autopolymerisation auf Basis von Methylmethacrylat in Form von Pulver und Flüssigkeit. Klassifikation gemäß DIN EN ISO 20795-1 Typ 2 Klasse 1 und gemäß Medizinprodukteverordnung 93/42/EWG Anhang IX Klasse IIa für herausnehmbaren und für festsitzenden Zahnersatz.

#### Eigenschaften:

- angenehme Verarbeitungsbreite
- sehr gute Fließfähigkeit
- optimale Schleimhautverträglichkeit durch geringen Restmonomergehalt
- homogenere Oberfläche, sehr geringe Plaqueanfälligkeit
- einfach Ausarbeit- und Polierfähigkeit
- absolute Farbstabilität durch ein Katalysatorsystem ohne tertiäre Amine
- Cadmium frei
- geprüfte und zertifizierte Biokompatibilität
- Phthalat und BPA frei

**HinriPress haftet nicht an hochvernetzten, synthetischen Zähnen. Synthetische Zähne müssen vorbehandelt (angeraut) werden und/oder mit mechanischen Retentionen versehen werden.**

**Empfohlenes Mischungsverhältnis:** 10 g Pulver mit 7 g Flüssigkeit. Freie Dosierung ist möglich, eine Gewährleistung der physikalischen Materialeigenschaften ist jedoch nur bei Abwiegen der Komponenten gegeben.

**Vorbereitung:** Bei Modellgussprothesen werden die in Wachs aufgestellten Zähne durch ein Gips- oder Silikonvorwall fixiert. Der Vorwall, das Modellgerüst und die Zähne werden sorgfältig durch Abbrühen und Abdampfen von Wachsresten gereinigt. Das Gipsmodell wird gewässert, bis keine Luftblasen mehr aufsteigen.

**Isolierung:** Das Modell und die Gipsvorwalle werden zweimal dünn mit Alginatisierung beschichtet, wobei bei der zweiten Benetzung darauf zu achten ist, dass die erste Schicht noch nicht getrocknet ist.

HinriPress K liefert hierbei stets hervorragende Ergebnisse.

**Wichtig:** Die Alginatisierung muss vor erstem Kontakt mit Kunststoff gut getrocknet sein, um eventuellen Weißverfärbungen an den Basisflächen vorzubeugen.

**Verarbeitung:** Die Flüssigkeit im Anmischgefäß vorlegen und die entsprechende Pulvermenge zügig einstreuen. Bei freier Dosierung so viel Pulver einstreuen, wie nötig ist, um die vorhandene Flüssigkeit völlig zu binden. Anschließend mit einem breiten Spatel gründlich durchmischen. Auf Blasenfreiheit achten. Nach etwa 30 s Anquellzeit ist der Teig für ca. 2 bis 3 min gießbar. Während der Gießphase wird der Kunststoff in den Vorwall eingefüllt. Mit Beginn der plastisch-modellierfähigen Phase wird der Kunststoff standfest, fließt nicht mehr aus dem Vorwall heraus und ist modellierbar. Die plastisch-modellierfähige Phase beträgt ca. 3 min.

**Empfohlene Polymerisation:** Nach maximal 8 min erfolgt die Polymerisation in einem Druckpolymerisationsgerät bei einem Druck von 2-3 bar und einer Wasserbadtemperatur von 45 bis 50°C für ca. 7 min (bis zur 15. Minute).

**Nach Fertigstellung:** Bis zur Inkorporation ist die Prothese in Wasser zu lagern. Grundsätzlich wird eine 24-stündige Wasserlagerung empfohlen um einen weiteren Abbau des Restmonomergehaltes (2,4 % gemäß DIN EN ISO 20795-1) zu erreichen und somit eventuellen Geschmacksirritationen vorzubeugen.

**Aufbewahrungs- und Sicherheitshinweise:** Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums sollte das Material nicht mehr verwendet werden. Nicht über 25°C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Behälter nach Gebrauch stets gut verschließen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Atemwege reizen. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit der Haut: mit viel Wasser und Seife waschen.

## HinriPress®

### Instructions for use

HinriPress® is the all-rounder among all denture base acrylics and especially designed for dental technicians who like to cover all indications with only one product.

#### Technical data:

Mixing ratio Powder/Liquid:	10 : 7
Swelling time approx.	30 s*
Casting phase approx.	3 min*
Plastic phase approx.	3 min*
Polymerization (2-3 bar, 45-50°C) approx.	7 min*

\*The provided processing times refer to a material- and room temperature of 23°C [73,5°F]. Higher temperatures shorten, lower temperatures extend these times.

The polymerization time of 7 minutes refers to a previous working time of up to 8 minutes. The time in the pressure unit should last up to 15 minutes after mixing.

#### Indications:

- Completion of model cast dentures
- Total upper and lower dentures by using the pouring technique
- partial or total relinings (indirect method)
- Additions and repairs

**Contraindications:** Patient contact with unpolymerized material or any of its components is contraindicated. If the patient is allergic to one or more ingredients of the product, the product must not be used.

**Material / Purpose:** Denture base resin, autopolymer based on methyl-methacrylate in the form of powder and liquid. Classification according to ISO 20795-1 Type 2 Class 1 and according to Council Directive 93/42/EEC annex IX Class IIa for removable and for fixed dentures.

#### Product features:

- universal use
- medium processing time
- very good flow ability
- mucous membrane friendly due to a low amount of residual monomer
- absolutely color stable due to a catalyst system without tertiary amines
- Cadmium free
- evaluated and certified biocompatibility
- Phthalate and BPA free

**HinriPress does not adhere to high cross-linked synthetic teeth. Synthetic teeth should be prepared (grinded) and/or supplied with mechanical retentions.**

**Suggested mixing ratio:** 10 g of powder with 7 g of liquid. Free dosing is possible, however conformity of the materials physical properties can only be guaranteed if the components are weighed.

**Preparation:** The arrangement of the prosthetic teeth in wax need to be fixed with a key made of plaster or silicone. Key, model and teeth are boiled out thoroughly to remove any wax residue. The plaster model needs to be well watered to assure that no air is pressed from the plaster into the acrylic during polymerization inside the pressure polymerization unit.

**Isolation:** Apply two thin layers of alginate based isolation to the model, with the second layer, it must be ensured that the first layer has not yet dried. HinriPress K always shows reliable results. Important: The alginate insulation must be well dried before first contact with the resin to prevent possible white discoloration on the base surfaces.

**Processing:** Place the required amount of liquid into the mixing cup, then add the according amount of powder. When dosing individually add just as much powder as needed to absorb the liquid. Stir thoroughly until the material reaches a homogenous consistency. After a swelling phase of approximately 30 seconds, the material is castable for 2 to 3 minutes. During this time the material is poured into the precasts. With beginning of the plastic phase, the material becomes steady, does not flow from the precasts and can be modeled for approximately 3 minutes.

**Suggested polymerization:** After a maximum of 8 minutes the polymerization is carried out under a pressure of 2-3 bar and a water temperature of 45-50°C [113-120°F] for about 6-7 minutes (up to 15 minutes after mixing).

**After completion:** Until incorporation the denture should be stored in water. It is recommended to water the denture for at least 24 hours to achieve an even higher resorption of the residual monomer (2,4% according to ISO 20795-1) and thus reduce irritations of taste.

**Storage and safety measures:** The material must not be used after expiration date. Storage temperature must not exceed 25°C [77°F] Avoid direct sunlight. Keep containers closed after use. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. No smoking. Dispose of contents/container in accordance with local recycling regulations. Highly flammable liquid and vapour. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. May cause respiratory irritation. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. If on skin: Wash with plenty of soap and water.



Medical Device  
Medizinprodukte

Stand der  
Information:  
09/2020

Date of  
information:  
09/2020

Druckdatum: 09/2020

ERNST HINRICHS Dental GmbH  
DE-38644 Goslar · Borsigstr. 1

Tel.: +49 (0) 53 21 / 50 624  
Fax: +49 (0) 53 21 / 50 881

info@hinrichs-dental.de  
www.hinrichs-dental.de

Hersteller / Manufacturer:  
**retec Kunststofftechnik GmbH**  
Industriestrasse 2 · 61191 Rosbach